

• Cocher la ou les bonnes réponses :

ResiPharmaTM

1. Les antiseptiques :

- a) Sont doués de propriétés tensioactives ;
- b) Détruisent les micro-organismes vivants sur les surfaces inertes ;
- ☒ c) Détruisent les micro-organismes vivants sur les surfaces vivantes ;
- ☒ d) Sont des médicaments bénéficiant d'une A.M.M. d'usage interne ;
- ☒ e) Réduisent temporairement le nombre de microorganismes.

2. La pré-désinfection d'un dispositif médical thermorésistant

- ☒ a) Est le nettoyage Manuel à l'aide d'irrigateurs, de brosses souples ou d'écouvillons
- b) Doit être effectuée le plus près du lieu d'utilisation ;
- c) N'assure pas la protection du personnel ;
- d) Est l'immersion de tous les dispositifs médicaux dans une solution détergente et bactéricide,
- e) Doit être effectuée loin du lieu d'utilisation ;

3. La stérilisation par la chaleur humide :

- a) Est utilisée pour les dispositifs médicaux invasifs ;
- b) Est utilisée pour les dispositifs médicaux thermosensibles ;
- ☒ c) Est un procédé de stérilisation à basse température.
- d) Est le procédé de stérilisation le moins fiable ;
- e) Est le procédé de stérilisation le plus fiable.

4. La dispensation à la délivrance nominative pour les unités de soins est caractérisée

- ☒ a) La traçabilité de la prescription à l'administration ;
- b) Le coût non maîtrisé ;
- c) La difficulté de la traçabilité de la prescription ;
- ☒ d) La sécurisation du circuit du médicament entre la pharmacie et les unités de soins ;
- ☒ e) Augmentation des erreurs en thérapie

5. La dispensation des médicaments stupéfiants à l'unité de soins s'effectue :

- a) Sur un bon de commande identique à celui des psychotropes ;
- b) Sur un bon de commande spécial à 2 volets ;
- ☒ c) Sur un bon de commande spécial à 3 volets ;
- d) Sur un bon de commande spécial à 1 seul volet ;
- ☒ e) Sur un bon de commande spécial, extrait d'un carnet à souches d'un modèle fixe selon la réglementation

6. La commande des médicaments psychotropes par une structure hospitalière est formulée :

- ☒ a) Séparément des autres médicaments
- ☒ b) Avec les médicaments usuels
- c) Avec les médicaments stupéfiants
- ☒ d) Sur bon de Cde en un seul exemplaire
- ☒ e) Sur un bon de commande comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son N° d'inscription à l'organe de déontologie des pharmaciens.

7. Parmi les propositions suivantes indiquez celle(s) qui est (sont) exactes :

- ☒ a) Les limites autorisées de contamination microbiologique dans une ZAC de classe D sont plus grandes que celles d'une classe C.
- ☒ b) Pour la reconstitution d'un cytotoxique il est recommandé de travailler dans une ZAC qui sera en surpression par rapport à l'extérieur.
- c) La reconstitution d'un cytotoxique il est recommandé de travailler dans une ZAC qui sera en dépression par rapport à l'extérieur.
- d) Le nombre de particules retrouvées dans une zone d'Atmosphère Contrôlée de classe A est supérieure à celui d'une Classe B.
- e) La préparation d'une solution de nutrition stérile se fait dans une ZAC classe D.

8. La Préparation magistrale

Individualisée indiquez la (les) proposition(s) qui est (sont) exacte (s) :

- a) Est réalisée pour pallier une rupture du médicament.
- b) Est nécessairement stérile.
- c) Est préparée en série et en avance.

- d) Sa composition est variable et dépend du patient.
- e) Est réalisée extemporanément sur prescription médicale à la demande du clinicien.

9. Caractéristiques du rayonnement α indiquez la (les) proposition(s) qui est (sont) exacte (s) :

- a) Est un rayonnement corpusculaire.
- b) Est un rayonnement exclusivement chargée positivement.
- c) Est plus lourd que le rayonnement β .
- d) Est un rayonnement directement ionisant
- e) Est un rayonnement électromagnétique.

10. L'exposition (X) en Radio-pharmacie indiquez la (les) proposition(s) qui est (sont) exacte (s) :

- a) Est valable pour tous les rayonnements corpusculaires.
- b) Son unité est le Röntgen.
- c) Est valable pour les rayonnements X et γ .
- d) Son unité est le Curie.
- e) Est valable pour le rayonnement β .

11. La pharmacovigilance est une discipline

- a) Née en 1972
- b) Née en 1961
- c) Coordonnée à l'échelle mondiale par l'OMS
- d) Qui s'intéresse à la surveillance des effets indésirables des médicaments avant et après commercialisation
- e) Toutes les réponses sont fausses

12. L'imputabilité intrinsèque d'un événement indésirable notifié

- a) Ne comprend pas l'étude des critères para cliniques
- b) Ne comprend pas l'étude des critères cliniques
- c) Comprend l'étude des critères bibliographiques et sémiologiques
- d) Comprend l'étude des critères sémiologiques seulement
- e) Prend en compte l'évolution de l'effet à l'arrêt du traitement incriminé

13. Qu'est-ce que la sécurité des patients dans le domaine des soins de santé ?

- a) La réduction des risques associés aux soins de santé.
- b) L'amélioration de la qualité globale des soins

- c) L'optimisation de l'efficacité d'un système de santé.
- d) La garantie d'actes diagnostiques et thérapeutiques.
- e) Le contrôle des coûts liés aux soins de santé.

14. Quelle est la principale application du MEOPA (mélange protoxyde d'azote/oxygène médical 50/50)?

- a) Anesthésie
- b) Oxygénothérapie
- c) Aérosolthérapie
- d) Analgésie inhalatoire de la douleur provoquée
- e) Ventilation

15. Quelle est la définition d'une ligature chirurgicale ?

- a) Une réaction inflammatoire dans l'organisme.
- b) L'occlusion d'un conduit en l'enserrant dans un nœud.
- c) Le rapprochement des lèvres d'une plaie.
- d) Un fil stérile monté sur une aiguille destinée à suturer.
- e) Les réponses a et c sont fausses

16. Qu'est-ce que la résorption d'un fil de suture ?

- a) C'est sa capacité à disparaître progressivement dans les tissus.
- b) C'est sa résistance aux tensions subies dans l'organisme.
- c) C'est l'aptitude du fil à glisser le long du nœud pour réaliser une suture efficace.
- d) C'est sa visibilité lors de la chirurgie.
- e) C'est la perte de sa résistance puis de sa matière.

17. Qu'est-ce qu'un dispositif médical actif :

- a) C'est un dispositif médical de la classe III
- b) C'est un dispositif qui dépend d'une source d'énergie pour fonctionner
- c) C'est un dispositif qui est utilisé uniquement en pédiatrie
- d) C'est un dispositif qui est utilisé pour la recherche médicale
- e) Aucune réponse n'est juste

18. L'utilisation d'un cathéter court (intranule) est contre indiquée pour :

- a) L'administration de solutés irritants
- b) La transfusion d'importants volumes de sang

- c) L'Alimentation parentérale
- d) L'Administration de médicaments
- e) Aucune réponse n'est juste

19. Un hôpital avec budget limité décide d'installer une unité centralisée de reconstitution des cytotoxiques selon les normes, et qui fait près de 39 890 préparations par an, quelles sont les meilleures options :

- ☒ a) Isolateur en surpression avec une ZAC classe C.
- b) Hotte à flux laminaire type IIB avec 03 filtres.
- c) Isolateur en dépression avec une ZAC classe C.
- d) Isolateur en dépression avec une ZAC classe B.
- e) Aucune réponse n'est juste.

ResiPharmaTM

20. Quels sont les systèmes de stérilisation pour isolateur utilisés dans une unité centralisée de reconstitution des cytotoxiques

- a) Acide peracétique
- b) Valproate de sodium
- c) Alcool 70°
- d) Oxyde d'hydrogène
- e) Aucune réponse n'est juste

BON COURAGE

EMD2 - PHARMACIE HOSPITALIERE - 5ème Année Pharmacie

Date de l'épreuve : 18/03/2024

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	CE
2	BD
3	AE
4	AD
5	BE
6	AE
7	AC
8	DE
9	ABCD
10	BC
11	AC
12	E
13	A
14	D
15	BE
16	AE
17	AB
18	AB
19	C
20	A

